APPENDIX F

Calibration Records of Measuring Equipment

MultiRAE Gas Detector Calibration Record

Date	Sensor	Zero Check (Zero Gas)	Span Check (100 ppm Isobutylene)
21-9-98	PID	0.0	100 ppm
23-9-98	PID	0.0	100 ppm
28-9-98	PID	0.0	99.7 ppm
30-9-98	PID	0.0	100 ppm
2-10-98	PID	0.0	99.6 ppm
7-10-98	PID	0.0	99.8 ppm
9-10-98	PID	0.0	100 ppm
12-10-98	PID	0.0	100 ppm
14-10-98	PID	0.0	99.7 ppm
16-10-98	PID	0.0	100 ppm
19-10-98	PID	0.0	100 ppm
29-10-98	Cleaning		
2-11-98	PID	0.0	99.7 ppm
4-11-98	PID	0.0	99.6 ppm
6-11-98	PID	0.0	100 ppm
10-11-98	PID	0.0	100 ppm
12-11-98	PID	0.0	100 ppm
15-11-98	PID	0.0	99.8 ppm
18-11-98	PID	0.0	99.9 ppm
20-11-98	PID	0.0	100 ppm
23-11-98	PID	0.0	100 ppm
25-11-98	PID	0.0	99.8 ppm

LANDFILL GAS MONITOR CALIBRATION RECORD

Date	Zero Check				Span Check		
	Co_2	O_2	CH_4		Co_2	O_2	CH_4
	(By Zero Gas)				0.10%	20.90%	50%
18/9/98	0.00	0.00	0.00		0.11%	20.9%	50.1%
21/9/98	0.00	0.00	0.00		0.10%	20.9%	50.0%
26/9/98	0.00	0.00	0.00		0.11%	20.9%	50.0%
03/10/98	0.00	0.00	0.00		0.11%	20.9%	50.1%
12/10/98	0.00	0.00	0.00		0.10%	20.9%	50%
19/10/98	0.00	0.00	0.00		0.10%	20.9%	49.9%
26/10/98	0.00	0.00	0.00		0.10%	20.9%	50%
31/10/98	0.00	0.00	0.00		0.10%	20.9%	50.1%
9/11/98	0.00	0.00	0.00		0.11%	20.9%	50%
14/11/98	0.00	0.00	0.00		0.11%	20.9%	49.9%
21/11/98	0.00	0.00	0.00		0.10%	20.9%	50.1%

D.O Meter Calibration Sheet

Date	Zero Check	100 % Saturation
21/10/98	0.00	100%
22/10/98	0.00	101%
23/10/98	0.00	100%
24/10/98	0.00	100%
25/10/98	0.00	100%
2/11/98	0.00	100%
3/11/98	0.00	100%
4/11/98	0.00	99.9%
5/11/98	0.00	100%
6/11/98	0.00	100%
7/11/98	0.00	101%