

各類醫療廢物容器的規格

1. 利器收集箱

- 符合 BS 7320 : 1990 中關於利器容器在垂直下墜和翻倒後能防刺穿和防滲漏的規格，或類似的規格；
- 可予以密封；
- 在可行範圍下，設有並不屬於收集箱關閉裝置部分的手柄；
- 可燃燒和可安全焚化，以及不應以聚氯乙烯製造；
- 在可行範圍下，清楚印有橫線以顯示收集箱已達最高容量的 70% 至 80%，並標明「警告 — 不得超越此線」的字樣；
- 採用黃色或黃白兩色；以及
- 可以用不褪色的墨水在其上書寫，並可穩固貼上標識。

2. 厚質膠袋

- 最高容量為 0.1 立方米；
- 若以低密度聚乙烯製造，厚度至少為 150 微米；若以高密度聚乙烯或聚丙烯製造，厚度至少為 75 微米；以及不應以聚氯乙烯製造；
- 大小和形狀適中，以配合承托膠袋的器具；
- 清楚印有橫線以顯示膠袋已達最高容量的 70% 至 80%，並標明「警告 — 不得超越此線」的字樣；
- 紅色（第 1 組及第 3 組以外的醫療廢物）或黃色（第 3 組的廢物）；以及
- 可以用不褪色的墨水在其上書寫，並可穩固貼上標識。

3. 塑膠桶

- 可予以密封；
- 可防止內載物濺溢；
- 可燃燒和可安全焚化，以及不應以聚氯乙烯製造；
- 清楚印有橫線以顯示塑膠桶已達最高容量的 70% 至 80% ，並標明「警告 — 不得超越此線」的字樣；
- 紅色（第 1 組及第 3 組以外的醫療廢物）或黃色（第 3 組的廢物）；以及
- 可以用不褪色的墨水在其上書寫，並可穩固貼上標識。